

شرایط کالیبراسیون
حد واسط GC-IMS و نرم افزار VisIMS



تنها پارامتر قابل کالیبره کردن دمای ترموستات است که سازنده آن را کالیبره کرده است و نیازی به کالیبراسیون مجدد ندارد.
برای تست کارایی دستگاه از مخلوط دو ماده کتونی (ketone) در مد مثبت و دو ماده هالوژن دار (یکی کلر دار و دیگری برم دار) در مد منفی استفاده می شود.