

شرایط محیطی مناسب جهت نصب دستگاه

این دستگاه جهت نصب در محیط‌های ضد انفجار طراحی نشده و فقط ممفظه تست واقع در زون ۲ می باشد و بصورت ضد انفجار از نظر تولید جرقه و اتصالات ناشی از شوک الکتریکی پاک سازی شده است و دمای محیط پیرامون استاندارد آن بین ۲۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد بوده و رطوبت نسبی مناسب جهت کار کرد ایده آل دستگاه بین ۱۰ الی ۷۰ درصد می باشد و فاصله دستگاه از قسمت پشت با دیوار یا هر مانعی نباید کمتر از ۶۰ سانتی متر باشد و از طرفین نیز نباید کمتر از ۱۰۰ سانتی متر باشد.

مشفصات الکتریکی

- برق مورد نیاز 380 ولت 25 آمپر
- ضخامت سیم کابل اصلی جهت نصب پریرض ضمیمه دستگاه نباید کمتر از ۲/۵ میلیمتر باشد .
- اتصال ارت متما به دستگاه متصل شود .