



## کالیبراسیون دستگاه سالت اسپری :

برای دستیابی به نتیجه‌ای دقیق و صحیح سنسور دما مورد استفاده در دستگاه سالت اسپری زیر نظر شرکت‌های ذی صلاح کالیبراسیون که مورد تایید اداره استاندارد و دارای گواهینامه ISI/IEC 17025 هستند، مورد تست و آزمایش واقع شده و با کمترین مقدار عدم قطعیت کالیبره گردند. عمده این تست ها به شرح ذیل می باشند:

### ۱- کالیبراسیون دما

سنسور دمای دستگاه مه نمکی با استفاده از دماسنج کالیبره اندازه گیری و کنترل می شود.