

## (پیوست چهار: شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی)

شرایط محیطی از نظر دما و رطوبت شرایط تهویه هوا مطبوع و دمای تقریبی  $\pm 24^{\circ}\text{C}$  و رطوبت نسبی تقریبی  $\pm 40\%$  مطلوب است.

کلیه دستگاهها نیاز به ارت مناسب دارد. پیشنهاد می گردد کاربر در صورت نوسانات ولتاژ برق شهر از یک دستگاه استابیلایزر استفاده نماید. محل نصب دستگاه از دیوار حداقل ۱۰ الی ۱۵ سانت باید فاصله داشته باشد.

مدل دستگاه: ۲d۳sb tx-۳۰۰

ولتاژ مورد نیاز (ولت): ۳۸۰ ولت (سه فاز همراه با نول)

جریان مورد نیاز (آمپر): A۵۰

مقدار هوای فشرده (بار): ۶ bar

مقدار آب مورد نیاز (بار): لوله ۲/۱ اینچ با فشار ۲ bar

مقدر بخار مورد نیاز (بار) ۴ bar (در صورت وجود سیستم بخار مرکزی)

لوله فاضلاب: ۲ inch لوله فاضلاب از جنس فلزی و کف اتاق تعبیه می شود.

هواکش: یک هواکش مناسب اتاق و در صورت امکان بالای دستگاہ نصب شود.