

شرایط عمومی نصب در آزمایشگاه:

- منبع تغذیه پایدار ۹ تا ۳۶ ولت DC.
- دمای محیطی بین منفی ۳۰ درجه سانتیگراد تا ۶۰ درجه.
- رطوبت محیطی تا ۷۵ درصد.
- ورودی ولتاژ دیجیتال حداکثر تا ۲۴ ولت.
- تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با پورت سریال و یا اترنت باید سالم و بدون اتصال کوتاه در پورت‌های ارتباطی باشند.