

عنوان: شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

سامانه های لایه نشانی سیگما ۳۰۱ و سیگما ۳۰۲

موارد زیر قبل از رفتن کارشناسان شرکت، توسط سفارش دهنده باید آماده گردد:

- برق ۲۲۰ ولت توان ۳ کیلووات
- آب ورودی به دستگاه با دمای ۱۰-۱۵ درجه سانتیگراد و با شلنگ های قطر خارجی ۱۶ میلیمتر و داخلی ۱۲ میلیمتر از چیلر، سردساز یا آب شهری تا پشت سامانه و شلنگ آب خروجی از دستگاه به چیلر، سردساز یا فاضلاب
- کپسول آرگون با رگولاتور مناسب و خروجی گاز کمتر از ۱ bar (رگولاتور باید مدلی باشد که بتوان فشار گاز خروجی را اندازه گیری نمود) به همراه شلنگ با قطر خارجی ۸ میلیمتر از سر رگولاتور تا پشت سامانه
- حداقل فضای مورد نیاز ۱۵۰×۱۰۰ سانتیمتر مربع
- سیم ارت مناسب تا سامانه

سامانه لایه نشانی سیگما ۳۰۳

موارد زیر قبل از رفتن کارشناسان شرکت، توسط سفارش دهنده باید آماده گردد:

- برق ۲۲۰ ولت توان ۳ کیلووات
- آب ورودی به دستگاه با دمای ۱۰-۱۵ درجه سانتیگراد و دبی و با فشار حدود ۲ بار و با شلنگ های قطر خارجی ۱۶ میلیمتر و داخلی ۱۰ میلیمتر از چیلر، سردساز یا آب شهری تا پشت سامانه و شلنگ آب خروجی از دستگاه به چیلر، سردساز یا فاضلاب
- حداقل فضای مورد نیاز ۱۵۰×۱۰۰ سانتیمتر مربع
- سیم ارت مناسب تا سامانه