

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۸

Web Site : www.PejvakRayan.com
E-Mail: Info@PejvakRayan.com

به نام خدا
شرکت پژواک رایان (سهامی خاص)
سازنده دستگاهها و سیستم های آلتراسونیک



موضوع: شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه های تست آلتراسونیک

با سلام و احترام،

به اطلاع می رساند جهت تضمین عملکرد دقیق و پایدار دستگاه های تست آلتراسونیک پرتابل ساخت شرکت دانش بنیان

پژواک رایان، رعایت شرایط محیطی زیر در زمان نصب، کالیبراسیون و بهره برداری الزامی است:

۱. دما: محدوده مجاز کاری دستگاه از 5°C تا 50°C می باشد. توصیه می شود نصب و کالیبراسیون در بازه ی 10°C تا

30°C انجام گیرد. دستگاه پیش از استفاده باید حداقل ۱۵ دقیقه در شرایط محیطی محل کار پایدار گردد.

۲. رطوبت نسبی: حداکثر ۹۰٪ بدون میعان (Non-condensing) در محیط های مرطوب استفاده از کیف یا محفظه ی

محافظ توصیه می شود.

۳. محیط کاری: محیط باید عاری از گردوغبار، لرزش شدید و میدان های مغناطیسی قوی باشد. استفاده در مجاورت منابع

حرارتی یا الکترومغناطیسی پر قدرت مجاز نیست.

۴. تغذیه و ایمنی: ولتاژ ورودی باید مطابق مشخصات درج شده بر روی دستگاه باشد. استفاده از منابع تغذیه غیرمجاز ممنوع

است.

رعایت شرایط فوق موجب افزایش دقت اندازه گیری، پایداری عملکرد و طول عمر تجهیزات خواهد شد.

با احترام

فرخ مرادی فر

مدیر عامل شرکت پژواک رایان (سهامی خاص)