

شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی

- (۱) برق ۳ فاز توان ۴ کیلووات
- (۲) آب ورودی به دستگاه با دمای ۱۰ الی ۱۵ درجه سانتی گراد و با شلنگ های قطر خارجی ۱۶ میلی متر و داخلی ۱۴ میلی متر از چیلر، سردساز یا آب شهری تا پشت سامانه و شلنگ آب خروجی از دستگاه به چیلر، سردساز یا فاضلاب
- (۳) هوای فشرده با فشار ۵ تا ۷ بار از کپسول یا مخزن کمپرسور با شلنگ قطر خارجی ۸ میلی متر تا سامانه
- (۴) حداقل فضای مورد نیاز ۱۰۰ در ۱۸۰ سانتی متر مربع می باشد.
- (۵) سیم ارت مناسب تا سامانه
- (۶) برای سامانه هایی که کندوپاش دارند کپسول آرگون با رگولاتور مناسب و خروجی گاز کمتر از ۱ بار (رگولاتور باید مدلی باشد که بتوان فشار گاز خروجی را اندازه گیری نمود.) به همراه شلنگ با قطر خارجی ۸ میلی متر از سر رگولاتور تا پشت سامانه