



N.P.R Co

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه آنالیز حساس به شرح ذیل میباشد:

۱. داشتن میز سنگین و محکم در مقابل لرزش‌های محیط اطراف

۲. محیط با گردش هوای پایین

۳. بدور از امواج الکترومغناطیسی شدید

۴. دمای کاری بین ۲۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد