

شرایط محیط نصب و بهره برداری:

- شرایط رطوبتی استاندارد باشد (رطوبت بالا در طولانی مدت باعث کاهش عمر مفید دستگاه می شود).
- عدم وجود گرد و غبار در محیط آزمایشگاه
- ساعت دیجیتال دستگاه در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد.