

# زلالان شریف پارس

دستگاه تولید آب خالص آزمایشگاهی ZU101-B



## شرایط نگهداری:

دستگاه شما به نحوی طراحی و ساخته شده است که کمترین تأثیرپذیری از شرایط محیطی را داشته باشد ولی از آنجایی که در این فرایند آب به عنوان محور کار دستگاه محدودیت هایی را اعمال می کند، ضرورت دارد فضایی به ابعاد  $60*50*55$  سانتیمتر برای بدنه اصلی دستگاه و فضایی به ابعاد  $60*50*50$  سانتیمتر برای مخزن با شرایط ذیل فراهم گردد:

- محدوده دمایی نگهداری دستگاه:  $5-40$  درجه سانتیگراد
  - محدوده دمایی کار با دستگاه:  $5-40$  درجه سانتیگراد
  - رطوبت نسبی هوا: کمتر از  $80\%$  تا دمای  $30$  درجه سانتیگراد و  $50\%$  برای دمای  $40-31$  درجه سانتیگراد
  - ارتفاع محل نصب از سطح دریا: کمتر از  $3000$  متر
  - برق مصرفی:  $220$  ولت تک فاز با سیم زمین
  - توان برق مصرفی: کمتر از  $200$  وات
  - کیفیت هوا: عدم وجود آلاینده غیر متعارف در هوای محیط
  - بهترین فشار برای آب ورودی  $0,5$  تا  $5$  بار می باشد
- \* حتما ضرورت دارد نصب و راه اندازی توسط متخصصین مجموعه ما انجام گیرد. این امر جزو تعهدات ما در حین فروش دستگاه بوده و در صورت عدم رعایت آن گارانتی دستگاه فاقد اعتبار خواهد بود.