

محل نصب دستگاه هود شیمی درمانی حتما باید در
مجاورت پنجره یا سیستم هواکش داخلی ساختمان و
تمامی درب های ورودی تا محل استقرار باید دارای ۸۵ س
م عرض باشد