



N.P.R Co

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه آنالیز حساس به شرح ذیل میباشد:

1. محیط با رطوبت کمتر از 60 درصد
2. محیطی بدون گازهای خوردنده
3. دمای کاری بین 10 تا 40 درجه سانتیگراد