



شرایط محیط نصب و نگهداری دستگاه اسپاترینگ تک کاتده مدل DST1 :

- آزمایشگاه باید دارای برق ۱۶ آمپر تک فاز، ارت، شیر آب و خروجی فاضلاب باشد.

- محیط مربوط باید خشک و از تمیز باشد.

نشانی: تهران - خیابان توحید - خیابان ستارخان - خیابان مهران آفرند - پ ۱۱ - طبقه اول. کد پستی: ۱۴۴۱۶۴۳۹۴۳

www.emersell.ir

شماره تماس: ۰۹۲۱-۹۵۷۱۶۵۳ - ۰۲۱-۶۶۹۲۰۷۲۴