



PULSENIRU

www.pulseniru.com

پالس نیرو

شرکت صنایع پویا الکترو سامان نیرو

بسمه تعالی

شرایط مورد نیاز برای محل نصب سیستم منبع تغذیه

۱. اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۱۰ مترمربع
۲. برق سه فاز ۳۳ آمپر
۳. چاه ارت با مقاومت کمتر از ۰/۲ اهم
۴. باد با فشار حدود ۷ بار برای جک پنوماتیک
۵. آب خنک ۱۵ درجه سانتیگراد با دبی بیشتر از 10l/m