

پیرو خرید سیستم آزمون لرزش و شوک ، به اطلاع می رساند که شرایط و الزمات نصب و راه اندازی سیستم آزمون لرزش و شوک به شرح زیر می باشد :

- **فضای مورد نیاز :** حداقل ۱۰ متر مربع با کف تراز (لازم است یکی از دیوارهای این اتاق در مجاورت فضای باز باشد و سوراخی برای شیلنگ خروجی هوا به ارتفاع ۴۰ سانتی متر از کف زمین و به قطر ۱۰ سانتی متر ایجاد گردد . لازم است یک سایبان مناسب جهت حفاظت فن خنک سازی در برابر باران و گرد و غبار تعبیه گردد .)

- **دما و رطوبت :** شرایط استاندارد آزمایشگاهی کنترل شده بدون گرد و غبار

- **برق ورودی :** ۳ فاز 380 V , بدون نوسان

با تابلوی دارای کنترل فاز با یک کلید اتوبریکر و یک پریز سه فاز با حفاظت ۳۲ آمپر و یک پریز سه فاز با حفاظت ۶ آمپر و دو پریز تک فاز با حفاظت ۶ آمپر (پریزها مادگی بر روی دیوار یا تابلو نصب شده باشد و نری جهت اتصال به کابل های دستگاه موجود باشد .)

- **چاه ارت :** چاه ارت اختصاصی

- **رایانه و چاپگر :** رایانه مناسب با سیستم عامل ویندوز XP ، چاپگر در صورت نیاز

- **میز کار :** یک میز مناسب جهت استقرار رایانه و کنترلر به همراه صندلی مناسب

- **ابزار :** جعبه ابزار مناسب و کامل

- **تجهیزات و نفرات :** تجهیزات و نفرات خدماتی مورد نیاز جهت پیاده سازی و بازگشایی و انتقال و استقرار سیستم در

محل نصب

- **کارشناس تست :** کارشناس و اپراتور مربوطه جهت آموزش نحوه کار با سیستم

- **مسئول برق :** جهت اتصال برق سیستم به تابلو و فعال سازی برق آزمایشگاه

شایان ذکر است ، کارشناسان این شرکت آمادگی ارائه راهنمایی لازم را دارند .

با کمال تشکر

شرکت بهارنیک