



شرایط محیطی لازم جهت نصب، راه اندازی و نگهداری و شرایط کالیبراسیون دستگاه های ذیل از طرف کمیته کنترل کیفی شرکت سازنده اعلام می گردد:

Model name: AIR PURIFICATION – AIR CLEAN 2

Color code

- AIR TOUCH
- SMART-POWER , STANDARD-POWER , MINI-POWER , HAND SANITIZER
- PROTEIN-POWER , HLA-POWER, PCR-POWER, STAINER-POWER ,

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

- کلیه محصولات در شرایط عمومی آزمایشگاه و خانگی به کار گرفته شوند.
- دمای محیطی ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد.
- رطوبت هوا از ۶۰ درصد تجاوز نکند.
- دستگاه ها در نور مستقیم آفتاب یا حرارت داغ هیتر قرار نگیرند.
- از مواد حلال پلی کربنات پت نظیر؛ تینر، اسیتون، کلر فورم و غیره جهت نظافت استفاده نشود.
- از پارچه های نرم و دستمال کاغذی جهت پاک کردن و خشک کردن بدنه دستگاه ها استفاده شود.
- سطح میز و سکوبندی های آزمایشگاه کاملا تراز باشند.
- برق ورودی و محل نصب دستگاه ها محافظت شده در برابر نوسانات، امواج الکترومغناطیسی شدید و مجهز به سیستم ارتینگ کامل و استابیلایزر باشد.
- قبل از استفاده از محصول به راهنمای کاربری یا راهنمای استفاده از محصول که در بسته بندی و یا سایت شرکت (www.idea-arya.com) موجود می باشد مراجعه نمایید.



شرایط کالیبراسیون:

قابل ذکر است دستگاه های نام برده شده در بالا نیاز به شرایط کالیبراسیون صنعتی و کالیبره شدن ندارند.

