

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

دستگاه مدل PFD-8506 با دو شرایط محیطی فعالیت می نماید :

۱- استفاده از کندانسور هوایی

- دمای مطلوب جهت استفاده از کندانسور هوایی ، بین 23° تا 25° سانتیگراد و با رطوبت استاندارد آزمایشگاهی (رطوبت نسبی ۵۰%) می باشد.

۲- استفاده از کندانسور آبی

- کندانسور آبی برای داروهای حساسی که جهت تولید، نیاز به clean room (کلاس B) دارند مورد استفاده قرار میگیرد و شرایط بهینه چیلر دمای بین 13° تا 15° سانتیگراد می باشد.