



## محل نصب

1. دستگاه را در محلی قرار دهید که براحتی بتوان از آن استفاده نمود.
2. برای نصب دستگاه در محیط آزمایشگاه به برق 220 ولت شهری ترجیحا متصل به یو پی اس نیاز می باشد.
3. استفاده از پریز برق مناسب و استاندارد.
4. دمای داخل آزمایشگاه می بایست در دمای نرمال و ترجیحا زیر 30 درجه و رطوبت نسبی 65٪ باشد.
6. لازم است که حداقل 20 سانتی متر از طرفین و پشت، فضای خالی ایجاد کنید.
5. دستگاه را تراز کنید.
7. از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی نور مستقیم یا رطوبت خودداری نمایید.

## نصب و راه اندازی

- دستگاه روی میز یا کابینت یا پایه مخصوص قرار داده شود.
- دوشاخه دستگاه به پریز استاندارد متصل شود.
- برق شبکه مصرفی با مندرجات مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.
- دستگاه با قرار دادن کلید تعبیه شده در روی پایه در حالت 1 روشن می شود.
- با روشن کردن دستگاه شروع به کار کرده و آماده استفاده می باشد.



ارمغان طب ایرانیان

ARMAGHAN TEB IRANIAN

ارمغان طب ایرانیان - ARMAGHAN TEB IRANIAN

### شرایط محیطی جهت انبارش:

دما: 4-35 درجه سانتیگراد

فشار: 1 الی 1/5 اتمسفر

رطوبت: 10-80%

### شرایط محیطی جهت حمل و نقل:

دما: 4-40 درجه سانتیگراد

فشار: 1 الی 1/5 اتمسفر

رطوبت: 0-90%

### شرایط محیطی جهت عملکرد:

دما: 10-30 درجه سانتیگراد

فشار: 1 الی 1/5 اتمسفر

رطوبت: 30-70%