

شرایط محیطی مناسب برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه تراوش تبخیری

- از قرار دادن دستگاه در نزدیکی تجهیزاتی که تولید گرما یا سرما دارند اکیدا خودداری شود.
- محل قرارگیری دستگاه باید بدون لرزش و ثابت باشد.
- ولتاژ برق شهر نباید بیش تر از ۲۴۰ ولت و کمتر از ۱۹۰ ولت باشد.
- چنانچه نیاز به استفاده از سیالات خورنده باشد دقت داشته باشید که مدل پمپ می بایست عوض شود.
- از تماس آب و رطوبت با اجزای الکتریکی و مخصوصا هیتر الکتریکی جلوگیری شود.
- با توجه به مکانیکی بودن سایر تجهیزات رعایت شرایط خاصی نیاز نیست.