

«شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری»  
آرمان تجهیز مدیسا

مجموعه تجهیزات ارزیابی ساختاری-عملکردی ستون فقرات و ساختار قامتی Posture Station مدل PS1-ATM

- دمای مناسب هوا: ۱۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد
- محیط تمیز بدون گرد و غبار و نوسانات الکترومغناطیس
- عدم مجاورت موبایل، فلزات و بخصوص آلیاژهای آهنی با ماژول های تیلت متر و اسپاینال ماوس
- فضای استقرار دستگاه: 1×2 متر
- رطوبت مناسب: ۲۰ الی ۶۰ درصد
- سیستم کامپیوتر با مشخصات حداقلی Core i5, 4 GB RAM, 10 GB HDD, Intel HD Graphics 630
- دانگل بلوتوث
- رعایت شرایط محیطی مطابق دفترچه راهنما و مندرجات برگ گارانتی